ASSEMBLÉE NATIONALE

10ème législature

Appareils autopiqueurs

Question écrite n° 46551

Texte de la question

M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur les dangers lies a l'utilisation des appareils autopiqueurs. En effet, ces dispositifs tres repandus permettent de determiner a partir d'une goute de sang prelevee au bout du doigt le taux de glycemie. Ils sont tres largement utilises dans les etablissements de sante, les laboratoires de biologie medicale ou les maisons de retraite. Or il apparait, apres une enquete de la DDASS et du reseau de sante publique, que certains cas de transmissions accidentelles de l'hepatite C seraient dus a ces appareils ou a une utilisation defectueuse de ceux-ci. Ainsi, plusieurs enfants diabetiques d'une collectivite du Sud de la France auraient ete contamines par le biais de ces instruments. Il lui demande, en tout etat de cause, de lui faire part des mesures urgentes qu'il compte prendre pour eviter de telles catastrophes.

Données clés

Auteur : M. Kucheida Jean-Pierre
Circonscription : - SOC
Type de question : Question écrite
Numéro de la question : 46551
Rubrique : Materiel medico-chirurgical
Ministère interrogé : santé et sécurité sociale
Ministère attributaire : santé et sécurité sociale

Date(s) clée(s)

Question publiée le : 23 décembre 1996, page 6710