



ASSEMBLÉE NATIONALE

14ème législature

équipements

Question écrite n° 22643

Texte de la question

M. François Cornut-Gentile interroge M. le ministre de la défense sur les équipements du service de santé des armées. Afin d'évaluer le coût du vieillissement des équipements militaires, il lui demande de préciser le nombre et le taux de disponibilité au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012, le coût du MCO pour l'année 2012 et l'âge moyen de chacun des équipements du service de santé des armées et des équipements sanitaires des forces armées.

Texte de la réponse

Pour réaliser ses missions, le service de santé des armées (SSA) dispose de deux parcs d'équipements distincts : d'une part, les équipements regroupés en unités médicales opérationnelles (UMO) et destinés au soutien médical des forces projetées sur les théâtres d'opérations, d'autre part, les équipements affectés au fonctionnement du service médical courant sur le territoire national. Cependant, dans un objectif de rationalisation et d'efficacité, plusieurs de ces équipements peuvent être utilisés à la fois lors d'opérations extérieures et pour le service courant. S'agissant des UMO, leur nombre et leur taux de disponibilité au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012, ainsi que la moyenne d'âge des matériels qui les composent se répartissent comme suit :

Unités médicales opérationnelles (UMO)	Nombre au 31 décembre 2011	Taux de disponibilité au 31 décembre 2011	Nombre au 31 décembre 2012	Taux de disponibilité au 31 décembre 2012	Moyenne d'âge au 31 décembre 2012
Poste médical (médicalisation de l'avant)	190	80%	190	80%	7 ans
Antenne chirurgicale (chirurgie-réanimation de l'avant)	8	90%	8	90%	6 ans
Hôpital médico-chirurgical (traitement des blessés sur le théâtre)	2	90%	2	90%	5 ans
Unité médicale de décontamination des armées (prise en charge et décontamination du soldat contaminé - risque NRBC)	0	0%	15	90%	-

Module de réanimation pour patients à haute élongation d'évacuation (évacuations médicales stratégiques aériennes collectives longue distance)	1	100%	2	100%	6 ans
Lot pour convoyage sanitaire aérien	17	100%	17	100%	19 ans

S'agissant des équipements affectés au fonctionnement du service médical courant sur le territoire national, ils se répartissent entre ceux destinés aux centres médicaux des armées (CMA), aux hôpitaux d'instruction des armées (HIA) et aux structures de production et de recherche biomédicale de défense. Concernant plus précisément les équipements des CMA, le logiciel de suivi des matériels du SSA n'ayant été pleinement déployé qu'à compter de 2012, leur nombre et leur taux de disponibilité pour l'année 2011 ne peuvent être indiqués. En outre, ce logiciel n'intégrant pas les dates de mise en service des matériels anciens présents dans ces centres, leur moyenne d'âge ne peut être calculée. Le tableau ci-dessous recense donc uniquement pour l'année 2012 le nombre et le taux de disponibilité des équipements des CMA.

Type d'équipements des CMA	Nombre au 31 décembre 2012	Taux de disponibilité au 31 décembre 2012
Aspirateur électrique de mucosité	904	94,5%
Défibrillateur semi-automatique	1 030	98,4%
Moniteur multi paramétriques	792	95,7%
Ventilateur d'urgence	857	84,8%
Electrocardiogramme	575	89,8%
Audiomètre	503	96,8%
Appareil d'évaluation de la fonction visuelle	373	96,5%

Concernant les équipements majeurs des HIA (dont le coût unitaire est supérieur à 600 000 €), les taux de disponibilité au terme de l'année 2011 n'ont pas été calculés dans la mesure où, à cette période, le logiciel de suivi du parc des matériels n'était pas encore déployé dans l'ensemble des hôpitaux. Hormis cette donnée, toutes les autres figurent dans le tableau ci-après :

Type d'équipements des HIA	Nombre au 31 décembre 2011	Taux de disponibilité au 31 décembre 2011	Nombre au 31 décembre 2012	Taux de disponibilité au 31 décembre 2012	Moyenne d'âge au 31 décembre 2012
IRM	11	-	11	97%	8 ans
Scanner	10	-	10	95%	6 ans
Gamma caméra	2	-	2	99%	9 ans
Tomographe à émission de positons	3	-	3	92%	9 ans
Caisson hyperbare	2	-	2	99%	20 ans
Robot chirurgical	1	-	1	100%	2 ans

Accélérateur de particules	2	-	2	92%	9 ans
Salle d'angiographie	3	-	3	93%	6 ans

Enfin, concernant les équipements majeurs des structures de production et de recherche biomédicale de défense du SSA (dont le coût unitaire est supérieur à 300 000 €), leur nombre et leur taux de disponibilité au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012, ainsi que la moyenne d'âge de ces matériels se répartissent comme suit :

Type d'équipements de production et de recherche biomédicale de défense	Localisation	Nombre au 31 décembre 2011	Taux de disponibilité au 31 décembre 2011	Nombre au 31 décembre 2012	Taux de disponibilité au 31 décembre 2012	Moyenne d'âge au 31 décembre 2012
Automate d'immuno-hématologie	Centre de transfusion sanguine des armées	1	100%	1	100%	7 ans
Spectromètre de masse 4000 QTRAP	Institut de recherche biomédicale des armées	1	100%	1	100%	7 ans
Station confocale biphotonique	Institut de recherche biomédicale des armées	1	100%	1	100%	7 ans
Spectromètre par résonance magnétique nucléaire	Institut de recherche biomédicale des armées	1	100%	1	100%	7 ans
Plateforme d'imagerie haut-débit	Institut de recherche biomédicale des armées	1	100%	1	100%	7 ans
Remplisseuse uniject Inova	Pharmacie centrale des armées	1	100%	1	100%	10 ans
Machine à découper et étiqueter pour uniject	Pharmacie centrale des armées	1	100%	1	100%	10 ans
Presse à comprimés SVIAC	Pharmacie centrale des armées	1	100%	1	100%	10 ans
Système d'impression de lecture et de vérification	Pharmacie centrale des armées	1	100%	1	100%	7 ans

En 2012, le SSA a consacré 15,46 millions d'euros (M€) au maintien en condition opérationnelle de ces matériels, dont 11,99 M€ pour les HIA, 2,02 M€ pour le soutien des forces (au profit, à la fois, des équipements du contrat opérationnel, des CMA et de la pharmacie centrale des armées) et 1,45 M€ pour la recherche biomédicale de défense.

Données clés

Auteur : [M. François Cornut-Gentille](#)

Circonscription : Haute-Marne (2^e circonscription) - Les Républicains

Type de question : Question écrite

Numéro de la question : 22643

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : Défense

Ministère attributaire : Défense

Date(s) clé(e)s

Question publiée au JO le : [2 avril 2013](#), page 3447

Réponse publiée au JO le : [16 juillet 2013](#), page 7522